



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Омской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 55.01.08.000.М.001092.12.13 ОТ 09.12.2013 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека - ионизирующего излучения (согласно приложению).

Общество с ограниченной ответственностью Стоматологическая клиника "Жемчуг", г. Омск, ул. Герцена, д. 232, корпус 1 (Российская Федерация)
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью Стоматологическая клиника "Жемчуг". 644116, Омская область, г. Омск, ул. Герцена, д. 232, корпус 1. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПин 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", СанПин 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПин 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области" № 4169 РГ-Д от 04.12.2013г.

Заключение действительно до 09.12.2018 г.
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2375369



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Омской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 55.01.08.000.М.001092.12.13 от 09.12.2013 г.

условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека - ионизирующего излучения
(согласно приложению).

Подразделение: стоматологическая клиника Общества с ограниченной ответственностью Стоматологическая клиника "Жемчуг".

Размещение: рентгенодиагностический кабинет.

Расположение: первый этаж жилого дома.

Хранение и эксплуатация источников ионизирующего излучения:

- дентальный рентгеновский аппарат KODAK 2100, заводской № VJYA569, 2007г. выпуска, 2008г. ввода в эксплуатацию. Изготовитель Kodak-Trophy, Франция.

Вид работ: рентгенографические исследования.

Ограничительные условия: работа с цифровым приемником изображения.

Лицо, ответственное за радиационную безопасность: врач-стоматолог Козубенко Т.П. Приказ № 5 от 08.09.2008г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

